ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-068	PS/MTM/50166

PRODUCTO
Tarjetas de identificación (ID)/ Prueba de Sensibilidad Antimicrobiana (AST) VITEK® 2

REFERENCIAS Y LOTES AFECTADOS EN ESPAÑA
Ver referencias y n^{os} de lote afectados en España en el Apéndice A de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
bioMérieux Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
bioMérieux España, C/ Manuel Tovar 45-47, 28034 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con un posible fallo de integridad del sellado superior del sobre que contiene determinadas tarjetas de identificación (ID)/ prueba AST VITEK® 2, lo que podría ocasionar la aparición de resultados erróneos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa