MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-078	PS/PRV/50056

PRODUCTO
Cincel Lambotte, 20 mm (referencia IU 3000-20)

FINALIDAD PREVISTA
Cincel para la manipulación y fijación de fracturas y fisuras en tratamientos de osteotomía.

Nº LOTE
I011, I012, I013, I014, I015, I016 y I017

FABRICANTE
aap Implantate AG, Alemania

DISTRIBUIDOR
MBA Incorporado S.L., Avenida del Jardín Botánico 1345, Silos del Intra, 33203 Gijon. Asturias

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes del cincel Lambotte de 20 mm, debido a la posibilidad de rotura durante el uso ocasionada por un defecto en la soldadura.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/02/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 C 2 J D 8 G 2 B D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89