ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-058	PS/NC/49993

PRODUCTO

Agile Biliary RX Fully Covered Stent System, Nº de Catálogo M00586000, M00586010, M00586020, M00586060, M00586070 y M00586080.

FABRICANTE

Boston Scientific Corporation, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

Boston Scientific Ibérica, S.A., Parque Puerta de las Naciones C/ Ribera del Loira, 38, 28042 Madrid.

ASUNTO

Cese de la utilización y retirada del mercado de todos los lotes de los Sistemas de Stent totalmente recubiertos RX Agile Biliary, debido a un aumento del riesgo de desplazamiento del stent.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.