ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-079	PS/MAT/49978
PRODUCTO Equipos Sonolith i-Sys (números de catálogo TMS 230793 / TMS 230795)	
FINALIDAD PREVISTA Litotriptor con sistema de imagen por rayos X y mesa endourológica monitorizada	
Nº SERIE Ver n^{os} de serie afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE EDAP TMS, Francia	
DISTRIBUIDOR IMEX SALUD, S.L.; C/Charles Robert Darwin, 22; 46980 Paterna-Valencia	
ASUNTO Advertencia de seguridad debido al riesgo de ruptura de los elementos de fijación del brazo de suspensión de los monitores de determinados equipos Sonolith i-Sys.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	