ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-082	PS/SM/50361

PRODUCTO

Sistemas ADVIA Chemistry XPT (SMN 10713034): Cubierta de la cánula de muestra para Aptio de Siemens, Aptio de Inpeco y automatización FlexLab (HVN Mech Automation Kit – Aptio, SMN 11241418)

FINALIDAD PREVISTA

Analizador automatizado de química clínica para laboratorios

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a que cuando se conecta un instrumento ADVIA Chemistry XPT (SMN 1072304) a Aptio de Siemens, Aptio de Inpeco o al sistema de automatización FlexLab, es posible que se deba reemplazar la cubierta de la cánula de muestra externa (SMN 11241418) debido a un defecto de diseño

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/02/2019
Localizador: 5RZ9P7T2FC

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89