ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-081	PS/PRV/50217

PRODUCTO
Sutura no absorbible Ethicon Ethibond Excel™, tamaño 2-0. Código de producto W10B77

Nº LOTE
MBM232

FABRICANTE
Ethicon Endo Surgery, LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson S.A , Paseo de las Doce Estrellas 5 - 7, 28042 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que algunas cajas del lote MBM232 de las suturas Ethicon Ethibond Excel™, tamaño 2-0, contengan suturas PROLENE™ dentro del envase de la unidad de venta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/02/2019
Localizador: B33525YE42

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89