ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-084	PS/SM/50314

PRODUCTO
ARCHITECT Estradiol Reagent Kit (números de referencia 7K72-20, 7K72-25 y 7K72-35) y Alinity i Estradiol Reagent Kit (números de referencia 07P5020 y 07P5030)

FINALIDAD PREVISTA
Cuantificación de Estradiol en muestras humanas

FABRICANTE
Abbott Ireland Diagnostics Division, Irlanda

DISTRIBUIDOR
Abbott Diagnostic European distribution. Max-Planck-Ring 2 65205 Wiesbaden, Alemania

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a que el fármaco mifepristona puede interferir/causar reactividad cruzada con los ensayos ARCHITECT Estradiol (referencias 7K72) y Alinity i Estradiol (referencias 07P50), lo que puede dar resultados falsamente elevados de estradiol

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/02/2019
Localizador: 2JARVF610A

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89