ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-085	PS/AG/50391
PRODUCTO Dispositivo de seguridad Needle-Pro®EDGE™ Hipodérmico JELCO, referencia 402010	
Nº LOTE 3707576	
FABRICANTE Smith Medical ASD, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Smiths Medical España, S.R.L., Av. Diagonal, 635, 08028 Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 3707576 de los Dispositivos de seguridad Needle-Pro EDGE™ hipodérmico JELCO®, referencia 402010, etiquetados como agujas de calibre 20G y 1 pulgada al poder contener incorrectamente agujas de calibre 30G y ½ pulgada.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/02/2019
Localizador: FRPS46WEEE

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89