MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-086	PS/AG/50333
PRODUCTO Analizador Alinity hq, referencia 09P68-01	
FINALIDAD PREVISTA Analizador cuantitativo de hematología automatizado multiparamétrico.	
Nº SERIE Ver n^{os} de serie afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Abbott, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Abbott Diagnostics European Distribution, 65205 Wiesbaden, Alemania.	
ASUNTO Advertencias de seguridad debido a que en determinados analizadores Alinity hq, cuando se genera un resultado de muestras de pacientes con un mensaje de alerta “MCHC fuera de márgenes. Verifique la integridad de la muestra” pueda indicar que la muestra contiene un coágulo, y si no se detiene el analizador podría afectar a los resultados de las siguientes muestras sin que se generen mensajes de alerta.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/02/2019
Localizador: GSPAYP8BD0

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89