ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-092	PS/CGG/50264

PRODUCTO
Monitor desfibrilador LIFEPAK 15 (Ver números de catálogo y referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa)

Nos SERIE
Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Stryker Medical, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia S.L., C/ Sepúlveda 17, 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del firmware de determinados monitores desfibriladores LIFEPAK 15, debido a que pueden bloquearse tras emitir un choque de desfibrilación, inhabilitando las funciones del teclado y del dispositivo, lo que podría retrasar el suministro del tratamiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: S84JL6L7CB
Fecha de la firma: 18/02/2019

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89