ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-090	PS/FFG/50061

PRODUCTO

- Kit de cateterismo central venoso de dos lúmenes Arrow® con punta Blue FlexTip®, código de producto AH-11802
- Set de cateterismo central venoso con dos lúmenes Arrow® con punta Blue FlexTip®, Código de producto CD-10802

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Arrow International Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR

- Safadifarma S.L sita en C/ Martinez Cubbels Nº 10 Puerta 11, 46002, Valencia
- Direx, S.L. sita en C/ Panama Nº1 1º Pta Local 9 ,38009 Santa Cruz De Tenerife

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a que en la etiqueta de determinados códigos y lotes de los Kits y Sets de cateterismo central venoso de dos lúmenes Arrow® con punta Blue FlexTip, se indica por error un volumen de cebado incorrecto

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/02/2019
Localizador: YQFLVGP28C

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89