MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-099	PS/MTM/49985

PRODUCTO
Medizym® T.R.A. humano, referencia 3505

FINALIDAD PREVISTA
Determinación cuantitativa de auto-anticuerpos contra el receptor de la tirotropina (TSH) en suero humano.

Nº LOTE
2018 3505 03/1, 2018 3505 04/1, 2018 3505 05/1

FABRICANTE
Medipan GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Vitro S.A., C/ Luis Fuente Bejarano 60, Edif. Nudo Norte (local 3), 41020 Sevilla.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes del ensayo Medizym® T.R.A. humano, referencia 3505, debido a la posible aparición de resultados falsos positivos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 19/02/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: A 9 2 6 W J V 2 F D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89