ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-093	PS/MTM/50296

PRODUCTO
Trócar Óptico Primer Acceso Kii® Fios® Fijación Avanzada 5x75 mm, modelo CFF05

FINALIDAD PREVISTA
El trócar de primera incisión Kii Fios está indicado para su uso en intervenciones quirúrgicas generales, abdominales, ginecológicas y torácicas mínimamente invasivas con el fin de establecer una ruta de entrada o de proporcionar un acceso a los instrumentos endoscópicos a través de planos de tejidos o posibles espacios, y como medio para insuflar el peritoneo antes de llevar a cabo procedimientos laparoscópicos.

Nº LOTE
1330981

FABRICANTE
Applied Medical Resources, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Applied Medical Distribution Europe BV Sucursal en España, C/ Ribera del Loira 46, 28042 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 1330981 del Trócar Óptico Primer Acceso Kii® Fios® Fijación Avanzada 5x75 mm, modelo CFF05, debido a que la esterilidad del producto podría estar comprometida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa