MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-094	PS/MTM/50057

PRODUCTO
Copa acetabular cementada

REFERENCIA Y Nº LOTE
Ver referencias y nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
JRI Orthopaedics Ltd., Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
MBA Surgical Empowerment, Avda. Jardín Botánico 1345 Silos del Intra, 33203 Gijón.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de la copa acetabular cementada debido a que la descripción de tamaño que se muestra en la caja, blíster y etiquetas del paciente es errónea.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 19/02/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 4 N P G J 9 V 6 B 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89