ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-096	PS/PRV/50283

PRODUCTO
UniMatch® Plus Software. Números de catálogo 790111 y A10286

FINALIDAD PREVISTA
Accesorio de los equipos de Invitrogen SSP UniTray® y AllSet Gold+™ para determinar tipificaciones de Antígenos Leucocitarios Humanos "HLA" (*en inglés "Human Leukocyte Antigens"*)

VERSION SOFTWARE
6.0

FABRICANTE
One Lambda Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR
Comercial Rafe, S.L., sita en C/ Uncastillo 19, Bajo, 50008 Zaragoza

ASUNTO
Advertencia de seguridad y revisión de los resultados obtenidos con UniMatch® Plus Software, números de catálogo 790111 y A10286, versión 6.0, junto con el archivo de software CHR_005_201807v1.uch, debido a la posibilidad de que se generen resultados falsos positivos o ambigüedad en los resultados al contener información incorrecta de especificidad de los alelos para la calle 63.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa