MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-111	PS/MTM/50356

PRODUCTO
Catéter intravascular de seguridad ProtectIV® Plus, modelo 306701

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Smiths Medical ASD, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical Nederland B.V., Jagersbosstraat 28, 5241 JT Rosmalen, Holanda.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes del catéter intravascular de seguridad ProtectIV® Plus, modelo 306701, debido a la posibilidad de que el mecanismo de seguridad no se active correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/02/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: L D 4 W S E J D F A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89