ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-108	PS/NA/50595

PRODUCTO
Monitores del sistema de diálisis “Dialog iQ HDF comfort” modelo 710407A.

Nº SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA
100219, 100346, 100367, 100370, 100758, 100760, 100875, 100876, 100877.

VERSION SOFTWARE
1.03.00 y 1.03.10.

FABRICANTE
B. Braun Avitum AG., Alemania.

DISTRIBUIDOR
B. Braun Medical S.A., Ctra. De Terrassa 121, 08191 Rubí, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los monitores de diálisis “Dialog iQ HDF comfort” con versión de software 1.03.00 / 1.03.10 debido a que pueden presentar un error del sistema debido a un fallo de software.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.