ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-109	PS/CGG/50262

PRODUCTO
Sistema de cierre de defectos Padlock Clip, nº producto C910001

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo de aproximación del tejido, indicado para ser utilizado en endoscopia flexible y para la compresión del tejido en el tracto gastrointestinal, para la hemostasia o para el tratamiento de lesiones de la pared de los órganos gastrointestinales.

N^{os} LOTE
1814568, 1814569, 1815200, 1815592, 1816056, 1817174, 1817810, 1818187, 1818596, 1819180, 1819181, 1819407, 1819793 y 1820177

FABRICANTE
United States Endoscopy Group Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
ST Endoscopia S.A., C/ Jose Isbert 20, Ciudad de la imagen, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes del sistema de cierre de defectos Padlock Clip (C910001), debido a un posible defecto de fabricación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa