MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-114	PS/CGG/50612

PRODUCTO
Analizador de hematología CELL-DYN Emerald (Ref. 09H39-01)

N^{os} SERIE
Todos los números de serie inferiores al 7765

FABRICANTE
Abbott Laboratories, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Abbott Diagnostic Distribution, 65205 Wiesbaden, Alemania

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el mantenimiento preventivo y los métodos de limpieza de los analizadores CELL-DYN Emerald (Ref. 09H39-01), debido a la posibilidad de que en determinados números de serie se generen resultados del control de calidad (CC) bajos o fuera del límite del intervalo para los parámetros RBC y PLT.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 05/03/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: L 7 6 R 3 8 B A 7 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89