ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-110	PS/NC/49399

PRODUCTO

Cabezas femorales de cerámica y Cavidades articulares de cerámica de la empresa OHST Medizintechnik AG.

Ver modelos y referencias afectadas en el anexo de la nota de aviso.

FABRICANTE

OHST Medizintechnik AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

- Exactech Ibérica S.L.U., Parque Tecnológico de Asturias, 44, 33428 Asturias
- Albert Pfertzel Implantal, Av. Villa de Tossa 56, 17310 Llorret de Mar, Girona
- CORAY Medical S.L., c/ Virgen del Pilar, 32, 35012 Las Palmas de Gran Canaria
- INDUMED S.A., Zubiaurre Pasealekua 29, 20013 Donostia - San Sebastián
- Protectrauma S.L., Av. Via Augusta n° 15-25, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con el manejo de los insertos cerámicos fracturados y las fracturas de cabezal cerámico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa
- Anexo nota de aviso de la empresa con modelos y referencias