ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-118	PS/NA/50481

PRODUCTOS AFECTADOS

Cable de conexión USB de paciente CARESCAPE ECG y CARESCAPE SPO2 Masimo, para los sistemas de monitorización CARESCAPE ONE.
Ver números de referencia de los cables afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

CARESCAPE ONE es un monitor fisiológico multiparamétrico para la monitorización de parámetros fisiológicos hemodinámicos y respiratorios.

Nº LOTE

Ver identificación de los números de lote de los cables afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

GE Medical Systems Information Technologies, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SAU., C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con los sistemas de monitorización CARESCAPE ONE al poder presentar una pérdida intermitente o permanente de la monitorización de ECG o de la SpO2 Masimo, debido a un problema con el cable de paciente CARESCAPE ECG o CARESCAPE SPO2 – Masimo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.