MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-123	PS/CGG/50755

PRODUCTO
HeartMate 3™ Coring Tool (Ref. 10005872)

FINALIDAD PREVISTA
Accesorio quirúrgico opcional durante la implantación del sistema de asistencia ventricular para ventrículo izquierdo (LVAD) HeartMate 3.

FABRICANTE
Thoratec Corporation, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Abbott Medical España S.A., Av/ Burgos 91, 28050 Madrid, España

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado del accesorio quirúrgico HeartMate 3™ Coring Tool (Ref. 10005872), debido a la posibilidad de que se desprendan partículas residuales en el ventrículo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/03/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S 5 E 5 3 6 3 4 1 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89