ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-122	PS/NC/50754

PRODUCTO
Módulo de procesamiento Alinity i, referencia 03R65-01 y Módulo de procesamiento Alinity c, referencia 03R67-01

FINALIDAD PREVISTA
Analizadores automatizados para bioquímica clínica e inmunoanálisis

FABRICANTE
Abbott, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Abbott Diagnostics European Distribution, 65205 Wiesbaden, Alemania.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los Módulos de procesamiento Alinity i y Alinity c, debido la posibilidad de que el bloqueo de seguridad, que cubre las sondas de perforación de los septos (tapones de protección) en el soporte de la botella de solución genérica, no funcione cuando una botella de solución genérica se retira del Alinity ci-series.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa