MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-121	PS/SSH/50800

PRODUCTO

- Analizador Alinity hq. Referencia 09P68-01.
- Alinity hs Slide Maker Stainer Module (módulo de tinción y extensión). Referencia 09P69-01.

FABRICANTE

Abbott, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Abbott Diagnostic European distribution, Wiesbaden, Alemania.

ASUNTO

Advertencia de seguridad, relacionada con los Analizadores h-series, debido a la posibilidad de que el bloqueo de seguridad, que cubre las sondas de perforación de los septos (tapones de protección) de las soluciones genéricas, no funcione correctamente cuando se retira la botella de solución genérica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/03/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 7 R R D 7 2 R E F 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89