MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-130	PS/AG/50841

PRODUCTO
Ecógrafos LOGIQ P5, modelos BT06/BT08 y LOGIQ A5, modelo BT08.
Sondas, modelos E8C, ERBC, ERBL, 4DE7C, BE9C, 4D8C, 8C, 7S, 9L, 10L, 12L, 5S y 5Sp.

FABRICANTE
GE Ultrasound Korea, Ltd., Corea.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU., C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO
Cese temporal de la utilización de determinados ecógrafos LOGIQ P5 y LOGIQ A5, para exámenes endocavitarios (transvaginales y transrectales), quirúrgicos y neonatales y de determinadas sondas, hasta la corrección de los equipos, debido a la posibilidad de que aumente la temperatura en la superficie del cabezal de la sonda lo que podría dar lugar a una quemadura al paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 13/03/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: W 7 N Q R K C 6 1 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89