ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-133	PS/SM/50825

PRODUCTO
Reactivo Albumin BCP (ALBP), número de catálogo 05975573190, utilizado en los módulos cobas c 701/702

FINALIDAD PREVISTA
Kit de diagnóstico in vitro para albumina por colorimetría enzimática

Nº LOTE
35651401

FABRICANTE
Roche Diagnostics GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Roche Diagnostics S.L Av Generalitat, 171-173 08174 St. Cugat del Vallès

ASUNTO
Advertencias de seguridad en relación con posibles incidencias en la calibración del reactivo Albumin BCP en los módulos cobas c 701/702.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/03/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 7 6 X 3 Z W N 3 0 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89