ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-136	PS/SM/50854

PRODUCTO
Pieza de mano AQUABEAM, número de modelo 320301

FINALIDAD PREVISTA
Pieza de mano de un solo uso con sistema de cuchillas de chorro de agua, del sistema robótico AQUABEAM

Nº LOTE
18C00799, 18C00844, 18C00985, 18C01024 y 18C01044

FABRICANTE
PROCEPT BioRobotics Corporation, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Alemania

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de la pieza de mano AQUABEAM, número de modelo 320301 debido a que pueden desarrollar fugas internas por una microfisura en una unión de soldadura específica dentro del dispositivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa