ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-134	PS/CGG/50596

PRODUCTO
Módulo de limpieza y desinfección de endoscopios, modelo 404, número de catálogo 404288 y 404380

N^{os} SERIE
Del 621 al 1026

FABRICANTE
Laboratoires Anios S.A.S., Francia

DISTRIBUIDOR
INSTRUNET HOSPITAL S.L.U., Carretera Sabadell a Granollers Km 14.5, 08185 Lliçà de Vall, Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad y reemplazo de uno de los componentes del módulo de limpieza y desinfección de endoscopios que sirve para ajustar la velocidad del ventilador de extracción, debido a que no cumple las normas eléctricas aplicables.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa