ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-146	PS/CGG/51100

PRODUCTO

VITROS® XT 7600 Integrated Systems (Ref. 6844461)

FINALIDAD PREVISTA

Analizador diseñado para la medición *in vitro*, cuantitativa, semicuantitativa y cualitativa, de una variedad de los analitos de interés clínico con los VITROS Chemistry Products MicroSlides, los reactivos VITROS Chemistry Products MicroTip, así como los reactivos VITROS Immunodiagnostic Products.

VERSIONES SOFTWARE

3.4 y 3.4.1

FABRICANTE

Ortho Clinical Diagnostics Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Ortho Clinical Diagnostics Spain S.L.U., Av. Partenón 10, 28042 Madrid, España

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas VITROS® XT 7600, ya que al haberse deshabilitado inadvertidamente uno de los algoritmos de software del sistema, se puede producir un error de dispensación de muestra no comunicado durante el procesamiento de un ensayo VITROS MicroSlide.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa