ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-148	PS/MTM/47786

PRODUCTO

Sistema Neuro Omega, formado por los siguientes componentes y números de catálogos:

- (Neuro Omega) NOM-000000-00
- (Drive) 750-000020-00
- (EMG) 750-000010-00
- (EEG) 750-000010-12

VERSION SOFTWARE

Todas

FABRICANTE

Alpha Omega Engineering Ltd., Israel.

DISTRIBUIDOR

CMM S.L.U., Rua do Porto do Medio 20, 15707 Santiago de Compostela.

ASUNTO

Nuevas advertencias de seguridad relacionadas con un posible daño en los tejidos si el conector Neuro Omega EMG/EcoG *Global stimulation return* (retorno de estimulación global) de la caja de alimentación no está conectado adecuadamente.

INFORMACION ADICIONAL

En septiembre de 2018 el fabricante emitió una nota de aviso en la que informaba de un posible daño en los tejidos si el conector Neuro Omega EMG/EcoG Global stimulation return (retorno de estimulación global) de la caja de alimentación no estaba conectado adecuadamente. La AEMPS transmitió esta información el 4 de octubre de 2018, alerta 2018-508.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar bajo qué circunstancias podría producirse el daño en los tejidos y las recomendaciones a seguir.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa