ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-149	PS/MAT/51098

PRODUCTO Y MODELO
Thermo Scientific™ Oxoid™ Brilliance Staph 24 Agar, modelo P01186A

FINALIDAD PREVISTA
Medio cromogénico selectivo para el aislamiento y la enumeración de estafilococos coagulasa positivos

Nº LOTE
2581635

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U., Avda. Alcalde Barnils 70, 2ª planta, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad y revisión de los resultados obtenidos con el lote 2581635 del producto Thermo Scientific ™ Oxoid™ Brilliance Staph 24 Agar, que caducó el 6 de marzo de 2019, debido a que puede exhibir una baja recuperación de algunas cepas de *Staphylococcus aureus*.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa