ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-155	PS/SSH/51291

PRODUCTO
Sistema integrado VITROS® XT 7600. Referencia: 6844461.

FINALIDAD PREVISTA
Medición *in vitro* cuantitativa, semicuantitativa y cualitativa de una variedad de parámetros con interés clínico.

VERSION SOFTWARE
3.4 y 3.4.1

FABRICANTE
Ortho Clinical Diagnostics Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Ortho Clinical Diagnostics Spain S.L.U., Avd. Partenón 10, 3ª Planta, Campo de las Naciones, 28042 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que en determinados sistemas integrados VITROS XT 7600 se dispense liquido de muestra en un MicroSlide colocado incorrectamente, lo que podría generar resultados erróneos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa.