ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-157	PS/ME/51151

PRODUCTO
Palutop® +4 Optima, referencia 5499

FINALIDAD PREVISTA
Prueba rápida diseñada para la detección de 4 Plasmodium (*Plasmodium faciparum* (Pf), *Plasmodium viv*ax (Pv), *Plasmodium malarie* (Pm) y *Plasmodium ovale* (Po)) en sangre venosa completa. Esta prueba detecta las 4 especies de Plasmodium, diferenciando malaria por P. falciparum y P. vivax y ayuda a la monitorización de terapias anti-maláricas.

FABRICANTE
Biosynex SA. Francia

DISTRIBUIDOR
Master-labor, S.L., C/ San Rufo, 1, 28011 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de la prueba Palutop® +4 Optima, debido a la posibilidad de obtener una banda falsamente positiva en Plasmodium vivax por reacción cruzada en caso de infección por otra especie de Plasmodium, especialmente si la antigenemia en panLDH es alta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa