ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-158	PS/SM/51096

PRODUCTO
Válvula de aspiración de un solo uso MAJ-209

FINALIDAD PREVISTA
Válvula de aspiración de un solo uso para utilización en endoscopia

Nº LOTE
De H8807 a H8816, de H8901 a H8917, de H8X01 a H8X22, de H8Y01 a H8Y21, de H8Z01 a H8Z19 y de H9101 a H9106

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón

DISTRIBUIDOR
OLYMPUS IBERIA SAU, Plaza Europa 29-31 , 08907 Hospitalet de Llobregat

ASUNTO
Advertencias de seguridad e instrucciones adicionales para prevenir la rotura de la válvula de aspiración de un solo uso MAJ-209 y para el desmontaje de una MAJ-209 rota en un endoscopio, en caso de que se produzca la rotura.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Anexo a las instrucciones de uso

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/03/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 6 G 6 D Y Q 2 4 6 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89