MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-159	PS/NC/50485

PRODUCTO
IgG4 Food Screening – Conjugate Kit, número de catálogo 10106PG y 10105PG.

FINALIDAD DE USO
Detección de Anticuerpos Ig G4 en suero o plasma humanos contra alergenos alimentarios.

Nº LOTE
2801710/1PG4 y 2830811PG4

FABRICANTE
Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Concile Diagnóstics, S.L.; Polígon Industrial Les Guixeres; C/ Electroónica 19 4° C; 08915 Badalona , Barcelona.

ASUNTO
Cese de la utilización de determinados lotes de IgG4 Food Screening – Conjugate Kit, nº de catálogo 10106PG y 10105PG, debido a la posibilidad de que se produzcan valores elevados de densidad óptica o resultados falsos positivos en las pruebas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/03/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S G L A 7 B G 8 8 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89