ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-166	PS/AG/51285

PRODUCTO

Cable de alimentación SP (12V) para las bombas de infusión Infusomat Space, Infusomat Space P y Perfusor Space, referencia 8713231.

Nº LOTE

Lotes fabricados en el periodo comprendido entre octubre de 2017 (marcado como CW 40/17) y octubre de 2018 (marcado como CW 43/18).

La fecha de fabricación se identifica con dos dígitos correspondientes a la semana y los dos últimos dígitos correspondientes al año de producción.

FABRICANTE

B. Braun Melsungen AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

B.Braun Medical SA, Carretera de Terrassa, 121, 08191, Rubí, Barcelona

ASUNTO

Advertencias de seguridad respecto a determinados cables de alimentación SP (12V), debido a que podrían verse afectados por un mal funcionamiento relacionado con fluctuaciones extremas de temperatura, lo que podría provocar que el cable de alimentación sea incapaz de cargar la bomba y producirse un retraso de la terapia en situaciones de transporte de pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa