MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-167	PS/SM/51218

PRODUCTO
Geistlich Bio-Oss Pen, número de catálogo 30661.1, 30662.1, 30671.1

FINALIDAD PREVISTA
Matriz para reconstrucción de defectos óseos en cirugía maxilofacial y en cirugía dental

FABRICANTE
Geistlich Pharma AG, Suiza

DISTRIBUIDOR
Inibsa Dental SLU, Ctra. Sabadell-Granollers, km 14,5, 08185 Lliçà de Vall, Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que al desenroscar la tapa del filtro verde del aplicador del Geistlich Bio-Oss Pen, se encuentren partículas de color verde procedentes del filtro.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: L 6 F A 6 B 2 4 E 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89