MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-164	PS/PF/51107

PRODUCTOS

- Filtro Gibeck HME + Soporte de catéter
- Soporte de catéter RUSCH
- Conectores RUSCH a granel para circuitos de respiración
- Conectores RUSCH para circuitos de respiración

Nº REFERENCIAS Y Nº LOTE

Ver referencias y números de lotes afectados en el anexo 4 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Teleflex Malaysia Sdn Bdh, Malaysia

DISTRIBUIDOR

Teleflex; C/Quito, s/n; Nave 1-5 Pol.Ind.Camporroso; Alcala de Henares, 28806, Madrid.

ASUNTO

Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de productos fabricados por Teleflex Malaysia, debido a la posibilidad de que los conectores pivotantes y cobb se suelten durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Z G T T E 6 W 4 D 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89