MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-175	PS/PRV/51004

PRODUCTO
Ventiladores HAMILTON-C6, referencia 160021.

FINALIDAD PREVISTA
Los ventiladores HAMILTON-C6 están diseñados para proporcionar soporte ventilatorio con presión positiva para pacientes adultos y pediátricos y, opcionalmente, lactantes y neonatos.

FABRICANTE
Hamilton Medical AG, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx S.L., Avd. San Pablo 28, Nave 24, 28823 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que el monitor de los ventiladores HAMILTON-C6 se apague y el sistema se reinicie de forma inesperada, debido a un fallo relacionado con la tarjeta de interfaz gráfica de usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 8 2 3 T 9 6 L 8 2 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89