ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-169	PS/SSH/51323

PRODUCTO

Paneles FilmArray® Blood Culture Identification (BCID), referencias RFIT-ASY-0126 y RFIT-ASY-0127, con frascos de hemocultivo BACT/ALERT® de bioMérieux.
Ver números de catálogo de los frascos de hemocultivo BACT/ALERT® afectados en nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

El panel FilmArray® BCID es capaz de detectar e identificar simultáneamente diferentes ácidos nucleicos de bacterias y levaduras, y seleccionar determinantes genéticos de resistencia a los antibióticos.

Nº LOTE

Ver números de lote de los frascos de hemocultivo BACT/ALERT® afectados en nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

BioFire Diagnostics, LLC, USA.

DISTRIBUIDOR

Biomerieux España SA, Manuel Tovar, 45-47, 28034 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido al aumento de riesgo de resultados falsos positivos de *Enterobacteriaceae* y *Escherichia coli* cuando se utiliza el panel FilmArray® BCID con determinados frascos de hemocultivo BACT/ALERT® de bioMérieux .

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.