ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-172	PS/CGG/51152

PRODUCTOS

- Catéter Ventricular, modelo FV074P
- Set de reservorio pediátrico Burrhole, modelo FV055T

FINALIDAD PREVISTA

El reservorio pediátrico Burrhole y el catéter ventricular están destinados para el drenaje del líquido cefalorraquídeo (LCR) desde los ventrículos a la cavidad correspondiente. Además, el reservorio sirve para la administración de medicamentos y el control de la presión en el tratamiento de la hidrocefalia.

N^{os} LOTE

- Catéter Ventricular: 20039945
- Set de reservorio pediátrico Burrhole: 20039943

FABRICANTE

Christoph Miethke GmbH & Co.KG, Alemania

DISTRIBUIDOR

B.Braun Surgical S.A., Ctra. de Terrassa 121, 08191 Rubí, Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado del lote 20039945 del catéter ventricular (modelo FV074P) y del lote 20039943 del reservorio pediátrico Burrhole (modelo FV055T), debido a que las etiquetas del paciente son incorrectas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 2 5 A 7 D L F 4 2 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89