ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-176	PS/ME/50897

PRODUCTO
Control MAS™ chemTRAK H de nivel 3., referencia CHA-3.

FINALIDAD PREVISTA
Muestra estable de concentración conocida, para monitorizar las condiciones analíticas de diversas determinaciones del laboratorio clínico.

Nº LOTE
CHA19073

FABRICANTE
Microgenics Corporation. Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Arvato Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Srtasse1, 33482 Harsewinkel, Alemania.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y cese de la utilización del lote CHA19073 del Control MASTM chemTRAK H de nivel 3, referencia CHA-3, para los análisis de CO_2, debido a la variabilidad en la concentración de dióxido de carbono (CO_2).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa