MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-178	PS/NA/51325

PRODUCTO
Unidades post-analíticas cobas p 501 / 701, referencias 05158494001 y 05349966001.

FINALIDAD PREVISTA
Archivo de refrigerados que simplifican la recuperación de la muestra y la gestión de las pruebas complementarias.

Nº DE SERIE:
Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Roche Diagnostics GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Roche Diagnostics S.L Av Generalitat, 171-173 08174 St. Cugat del Vallès.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que los tornillos de la puerta de entrada de las bandejas en las unidades post-analíticas Cobas p 501 y p 701, se vayan aflojando gradualmente y se suelten, pudiendo provocar un posible desprendimiento de dicha puerta de entrada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 08/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 B 4 T L D R A A 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89