MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-180	PS/SSH/51220

PRODUCTO

- Atellica® Sample Handler Principal. Referencia: 11069001.
- Analizador Atellica® IM 1300. Referencia: 11066001.
- Analizador Atellica® IM 1600. Referencia: 11066000.

FINALIDAD PREVISTA

El Atellica® Sample Handler Principal es un sistema utilizado para la de gestión de muestras que se conecta a los Analizadores de inmunoensayo Atellica® IM 1300 o IM 1600.

VERSION SOFTWARE

V1.17 SP2 o inferior.

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad al haberse identificado varios problemas en el software Atellica Solutions System V1.17SP2 e inferior.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 08/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: W V K 9 8 F K 9 7 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89