ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-185	PS/CGG/51443

PRODUCTOS

Circuitos respiratorios VentStar Helix con calefacción y los correspondientes Sets de ventilación Set2go (ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa)

Nos SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA

Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania

DISTRIBUIDOR

Dräger Medical Hispania S.A., C/Xaudaró 5, 28034 Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y números de serie de los circuitos respiratorios VentStar Helix con calefacción y de los correspondientes Set2go, debido a la posibilidad de que se produzca un agrietamiento en los tubos respiratorios.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa