ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-183	PS/MTM/51428

PRODUCTO
Cunas térmicas Giraffe y Panda iRes

FINALIDAD PREVISTA
Las cunas térmicas suministran calor infrarrojo de manera controlada a los neonatos que no tienen capacidad fisiológica para regular su temperatura corporal. Se pueden utilizar para facilitar la transición del recién nacido al entorno exterior o para proporcionarle un entorno abierto controlado.

Nº SERIE
Todos los n^{os} de serie que empiezan por GBW, PBW y HDJ.

FABRICANTE
Ohmeda Medical (una división de Datex-Ohmeda), EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU., C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que los paneles laterales y los enganches de las cunas térmicas Giraffe y Panda iRes puedan presentar grietas y romperse, lo que podría ocasionar que el panel se cayese quedando el lactante sin protección.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa