ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-173	PS/PF/50867

PRODUCTO
Ventiladores Monnal T60, referencia KA010000 y Ventiladores Monnal T60 JP, referencia KA013700.

FINALIDAD PREVISTA
Los ventiladores Monnal T60 están diseñados para la atención al paciente en el hospital y, en particular, para el transporte pre/intra y extra hospitalario.

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Air Liquide Medical Systems, Francia.

DISTRIBUIDOR
Insanex S.L., Camino Bajo de Getafe 3, Polígono Industrial Sevilla, 28946 Fuenlabrada, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que en determinados ventiladores Monnal T60 no se activen las alarmas que avisan del final de la autonomía de la batería interna del dispositivo lo que impide anticipar la instalación de una nueva fuente de alimentación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa