ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-190	PS/NC/51758

PRODUCTO
T7 destornillador canulado AO (Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis), referencia 110018531 y T7 destornillador sólido AO, referencia 110018541.

FABRICANTE
Biomet Orthopaedics, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Zimmer Biomet Spain, S.L.U., C/ Metalurgia 32, planta 1, 08038 Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del destornillador T7 canulado AO y del destornillador T7 sólido AO, debido a su posible fractura, doblamiento o cizalladura.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: L Y T L W X Q D 8 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89