MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-196	PS/AG/51473
PRODUCTO Prótesis interfalángica proximal TACTYS® , nº catálogo WIPSP11 y WIPSP10.	
Nº LOTE Y23259 (talla L), Y23263 (talla M).	
FABRICANTE Stryker GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Stryker Iberia S.L., Calle Sepúlveda, 17, 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de la prótesis interfalángica proximal debido a que el producto podría no corresponder con el de la referencia y lote indicado en lo etiquetado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/04/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 4 D 5 L 6 6 N 3 D F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89