MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-199 | PS/NA/51756 |

**PRODUCTO**
RIDA®QUICK ADM Monitoring, referencia GN3043.

**FINALIDAD PREVISTA**
Ensayo cuantitativo para el seguimiento de los niveles de medicación a través de la determinación de las concentraciones de Adalimumab (ADM) en muestras de suero.

**Nº LOTE**
14039.

**FABRICANTE**
R-Biopharm AG, Alemania.

**DISTRIBUIDOR**
Menarini Diagnostics S.A.

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad debido a que con el lote 14039 de la prueba rápida RIDA®QUICK ADM, se ha identificado una tasa elevada de resultados positivos falsos en muestras de pacientes positivas a Infliximab (IFX).

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**

- Nota de aviso empresa.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**
**Fecha de la firma: 15/04/2019**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es*
**Localizador: X 4 5 4 W T 7 2 3 6**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89